

ÉCOUVILLONS STÉRILES

Destiné à un usage unique. Écouvillons stérilisés à l'oxyde d'éthylène ou par rayonnement (indiqué dans l'emballage primaire). Les balais stériles sont emballés individuellement dans des emballages peel-pack, flow-pack ou en tube. Le support est en bois, en plastique, en aluminium torsadé ou en aluminium rigide, et la tête est en coton, en polyester ou en viscosse.

Destination du produit :

Les écouvillons sont des produits stériles invasifs permettant de prélever des échantillons par contact direct avec le patient, de type chirurgical pour des analyses microbiologiques ultérieures par un personnel sanitaire qualifié et dans des conditions d'hygiène appropriées. L'écouvillon est destiné à être utilisé en milieu clinique et hospitalier.

Présentation :

Écouvillons stériles emballés individuellement dans des sachets ou des sachets peel-pack, flow-pack ou tube.

Avertissements :

1. Si l'emballage unitaire se brise, n'utilisez pas la brosse car elle n'a aucune garantie de stérilité.
2. Ne pas utiliser s'il manque un composant ou si les informations imprimées sur le produit ne s'affichent pas correctement.
3. Jetez le produit si vous trouvez des brosses et/ou des éclats sales, cassés et/ou avec la tête non compactée et/ou sans elle.
4. Ne pas utiliser si la date de péremption est dépassée.
5. À usage unique seulement. La réutilisation de ce produit peut provoquer des infections.
6. Manipulez avec précaution. Bien que peu probable, appliquer trop de pression la force pendant l'utilisation pourrait casser la brosse. S'il est cassé, jetez-le immédiatement.
7. Les brosses ne nécessitent pas de conditions de stockage particulières conservation.

Précautions générales :

1. Ne convient pas à une autre application que celle à laquelle il est destiné.
2. Pour un usage pédiatrique, il est recommandé d'utiliser des écouvillons avec un support en plastique ou en aluminium.
3. L'utilisation de l'écouvillon ne présente aucune difficulté pour les utilisateurs finaux prévus.
4. Après utilisation, les écouvillons doivent être décontaminés ou traités comme des déchets médicaux contaminés. Chaque laboratoire est responsable de la manipulation, du traitement et de l'élimination des déchets conformément à la réglementation. Les écouvillons non utilisés peuvent être considérés comme des produits non dangereux et peuvent être éliminés en conséquence.

Références :

1. Cuñé J. et al. Une culture superficielle de l'écouvillon est utile pour le diagnostic microbiologique des infections aiguës des prothèses articulaires. Clin Orthop Relat Res, 467 : 531-535. 2009.
2. Gil P, et al. Importance du diagnostic de laboratoire et de l'échantillonnage pour le diagnostic et le traitement des mycoses en podologie. El Peu, 29(4) : 216-221. 2009.
3. García JM, et al. Collecte, transport et traitement général des échantillons dans le laboratoire de microbiologie. Procédures en microbiologie clinique. Société espagnole de maladies infectieuses et de microbiologie clinique (SEIMC). 2017.

Ref	Description
300200	SWAB I/W PEEL/1 WOOD+COTTON
300201	SWAB I/W PEEL/1 PS+COTTON
300202	SWAB I/W PEEL/1 PS+VISCOSE
300203	SWAB I/W PEEL ALUM+COTTON
300210	SWAB B/2 PEEL/2 WOOD+COTTON
300250	SWAB IN TUBE WOOD+COTTON
300251	SWAB IN TUBE ALUM+COTTON
300252	SWAB IN TUBE PS+VISCOSE
300253	SWAB IN TUBE ALUM+VISCOSE
300261	SWAB IN TUBE PP+COTTON
300263	SWAB 13X165MM PS W/POLYESTER
310200	WOOD+COTTON SWAB FLOW
310202	PS+VISCOSE SWAB FLOW
300252W	SWAB IN TUBE PS+VISCOSE WHITE CAP

Glossaire des symboles:

 Référence du catalogue	 Référence du lot	 Consulter les instructions d'utilisation sur le site web www.deltalabgroup.com/eifus	 Quantité	 Stérile par irradiation
 Identifiant unique de l'appareil	 Date de fabrication	 Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé	 Usage unique	 Stérile à l'oxyde d'éthylène
 Tenir à l'écart de la lumière du soleil	 Fabricant	 Date limite d'utilisation	 Marquage CE	 Dispositif médical
 Identifiant unique des dispositifs				

En cas d'incident grave* lié au produit, merci de le communiquer à la fois à Deltalab, S.L. mais aussi à l'autorité compétente de l'État dans lequel l'utilisateur est établi. *Par "incident grave", on entend ce qui entraîne la mort ou une dégradation grave de la santé du patient ou de l'utilisateur ou bien alors une menace importante pour le santé publique.



DELTALAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
info@deltalabgroup.com - www.deltalabgroup.com